

Nome Técnico: CATETERES

Nome Comercial: CATETER URETERAL DUPLO J

Registro ANVISA nº: 80691569008



Imagem Ilustrativa

FABRICANTE:

BIOSAT PRODUTOS MÉDICOS LTDA.

CNPJ: 11.690.313/0001-35

Rua Santa Bárbara, nº 48. Lote 1. Quadra AL. Pavimento Superior (Pq Ind San José II). Bairro: San José II. CEP: 06742-128 - Vargem Grande Paulista, SP.

Fone: 55(11) 4159-2833 – 55(11) 2369-0069 – SAC: sac@biosat.com.br - www.biosat.com.br

Responsável Técnico: Eng. Milton Wilszenski de Souza – CRQ 4ª – 04363806.

Formas de apresentação comercial do produto

O dispositivo é embalado primariamente em embalagem polimérica estéril (Tyvek ou Grau cirúrgico). A embalagem secundária para transporte é em papelão. Os componentes são fornecidos em embalagem unitária, contendo:

01 Cateter Ureteral Duplo J com fio posicionador e empurrador.

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO MÉDICO

Utilizado para a drenagem interna temporária da urina, pela união ureteropélvica até a bexiga.

Têm sido utilizados para aliviar a obstrução ureteral numa série de condições benignas, malignas e pós-traumáticas.

Podem ser colocados através de técnicas endoscópicas, percutâneas ou de cirurgia aberta.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO / MECANISMO DE AÇÃO

O ureter é um canal que serve para conduzir a urina excretada pelos rins até a bexiga. Anatomicamente não possui um calibre interno uniforme, tendo zonas de estreitamento onde poderá existir maior propensão a impactação de cálculos ureterais e outras patologias, como a obstrução ureteral.

O Cateter Ureteral de Duplo J é destinado à drenagem da urina dos rins para a bexiga, mantendo um canal de fluxo constante da urina.

O produto é fabricado utilizando a melhor tecnologia existente no mercado atual de cateteres de Duplo J confeccionados em polímeros.

MODO DE USO DO PRODUTO



- Introduza o cateter por meio de um fio guia (não fornecido).
- Sob visão direta, avance o cateter pela uretra e faça uso do empurrador. Deve-se ter cuidado para que o fio-guia não avance para o parênquima renal.
- Quando a ponta distal do cateter for observada na junção ureterovesical, pare seu avanço.
- Ajuste e estabilize o cateter com o empurrador e o fio posicionador.
- A ponta em J se formará espontaneamente nas extremidades.
- Cuidadosamente, remova o fio guia e os demais instrumentais de apoio porventura utilizados na colocação do cateter.

Remoção do cateter:

- Não force os componentes durante a remoção ou a substituição do cateter.
- Se sentir resistência, retire cuidadosamente os componentes. A remoção pode ser facilmente realizada retirando-os suavemente e utilizando um dispositivo de remoção endoscópica, de acordo com a literatura médica e as dimensões anatômicas do paciente.

PÚBLICO DESTINADO A UTILIZAR O MATERIAL

Profissional de saúde

Nota: A Biosat recomenda que o profissional a utilizar o dispositivo médico seja médico cirurgião urologista.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MODELOS, PARTES, COMPONENTES DO SISTEMA, MATERIAIS DO CONJUNTO E/OU ACESSÓRIOS

COMPOSIÇÃO

Cateter Duplo J: Poliuretano.

Empurrador: Polietileno.

Fio Posicionador: Nylon

MODELOS

Código	Cateter		Empurrador		Fio posicionador	
	Ø	Comprimento	Ø	Comprimento	Ø	Comprimento
DJ-3008-X	3.0 Fr	8 cm	3.0 Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-3010-X	3.0 Fr	10 cm	3.0 Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-3012-X	3.0 Fr	12 cm	3.0 Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-3014-X	3.0 Fr	14 cm	3.0 Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-3016-X	3.0 Fr	16 cm	3.0 Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-4008-X	4.0 Fr	8 cm	4.0 Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-4010-X	4.0 Fr	10 cm	4.0 Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-4012-X	4.0 Fr	12 cm	4.0 Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-4014-X	4.0 Fr	14 cm	4.0 Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-4016-X	4.0 Fr	16 cm	4.0 Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-4018-X	4.0 Fr	18 cm	4.0 Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-4020-X	4.0 Fr	20 cm	4.0 Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-4022-X	4.0 Fr	22 cm	4.0 Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-4024-X	4.0 Fr	24 cm	4.0 Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-4026-X	4.0 Fr	26 cm	4.0 Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-4028-X	4.0 Fr	28 cm	4.0 Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-4030-X	4.0 Fr	30 cm	4.0 Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-4032-X	4.0 Fr	32 cm	4.0 Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-4000-X	4.0 Fr	Múltiplo	4.0 Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-4708-X	4.7 Fr	8 cm	4.7 Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-4710-X	4.7 Fr	10 cm	4.7 Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-4712-X	4.7 Fr	12 cm	4.7 Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-4714-X	4.7 Fr	14 cm	4.7 Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-4716-X	4.7 Fr	16 cm	4.7 Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-4718-X	4.7 Fr	18 cm	4.7 Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-4720-X	4.7 Fr	20 cm	4.7 Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-4722-X	4.7 Fr	22 cm	4.7 Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-4724-X	4.7 Fr	24 cm	4.7 Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm

DJ-4726-X	4.7 Fr	26 cm	4.7 Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-4728-X	4.7 Fr	28 cm	4.7 Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-4730-X	4.7 Fr	30 cm	4.7 Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-4732-X	4.7 Fr	32 cm	4.7 Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-4700-X	4.7 Fr	Múltiplo	4.7 Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-4808-X	4.8Fr	8 cm	4.8Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-4810-X	4.8Fr	10 cm	4.8Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-4812-X	4.8Fr	12 cm	4.8Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-4814-X	4.8Fr	14 cm	4.8Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-4816-X	4.8Fr	16 cm	4.8Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-4818-X	4.8Fr	18 cm	4.8Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-4820-X	4.8Fr	20 cm	4.8Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-4822-X	4.8Fr	22 cm	4.8Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-4824-X	4.8Fr	24 cm	4.8Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-4826-X	4.8Fr	26 cm	4.8Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-4828-X	4.8Fr	28 cm	4.8Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-4830-X	4.8Fr	30 cm	4.8Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-4832-X	4.8Fr	32 cm	4.8Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-4800-X	4.8Fr	Múltiplo	4.8Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-5008-X	5.0 Fr	8 cm	5.0 Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-5010-X	5.0 Fr	10 cm	5.0 Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-5012-X	5.0 Fr	12 cm	5.0 Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-5014-X	5.0 Fr	14 cm	5.0 Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-5016-X	5.0 Fr	16 cm	5.0 Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-5018-X	5.0 Fr	18 cm	5.0 Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-5020-X	5.0 Fr	20 cm	5.0 Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-5022-X	5.0 Fr	22 cm	5.0 Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-5024-X	5.0 Fr	24 cm	5.0 Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-5026-X	5.0 Fr	26 cm	5.0 Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-5028-X	5.0 Fr	28 cm	5.0 Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-5030-X	5.0 Fr	30 cm	5.0 Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-5032-X	5.0 Fr	32 cm	5.0 Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-5000-X	5.0 Fr	Múltiplo	5.0 Fr	40 cm	0,19 mm	810 mm
DJ-6016-X	6.0 Fr	16 cm	6.0 Fr	40 cm	0,24 mm	810 mm

DJ-6018-X	6.0 Fr	18 cm	6.0 Fr	40 cm	0,24 mm	810 mm
DJ-6020-X	6.0 Fr	20 cm	6.0 Fr	40 cm	0,24 mm	810 mm
DJ-6022-X	6.0 Fr	22 cm	6.0 Fr	40 cm	0,24 mm	810 mm
DJ-6024-X	6.0 Fr	24 cm	6.0 Fr	40 cm	0,24 mm	810 mm
DJ-6026-X	6.0 Fr	26 cm	6.0 Fr	40 cm	0,24 mm	810 mm
DJ-6028-X	6.0 Fr	28 cm	6.0 Fr	40 cm	0,24 mm	810 mm
DJ-6030-X	6.0 Fr	30 cm	6.0 Fr	40 cm	0,24 mm	810 mm
DJ-6032-X	6.0 Fr	32 cm	6.0 Fr	40 cm	0,24 mm	810 mm
DJ-6000-X	6.0 Fr	Múltiplo	6.0 Fr	40 cm	0,24 mm	810 mm
DJ-7016-X	7.0 Fr	16 cm	7.0 Fr	40 cm	0,24 mm	810 mm
DJ-7018-X	7.0 Fr	18 cm	7.0 Fr	40 cm	0,24 mm	810 mm
DJ-7020-X	7.0 Fr	20 cm	7.0 Fr	40 cm	0,24 mm	810 mm
DJ-7022-X	7.0 Fr	22 cm	7.0 Fr	40 cm	0,24 mm	810 mm
DJ-7024-X	7.0 Fr	24 cm	7.0 Fr	40 cm	0,24 mm	810 mm
DJ-7026-X	7.0 Fr	26 cm	7.0 Fr	40 cm	0,24 mm	810 mm
DJ-7028-X	7.0 Fr	28 cm	7.0 Fr	40 cm	0,24 mm	810 mm
DJ-7030-X	7.0 Fr	30 cm	7.0 Fr	40 cm	0,24 mm	810 mm
DJ-7032-X	7.0 Fr	32 cm	7.0 Fr	40 cm	0,24 mm	810 mm
DJ-7000-X	7.0 Fr	Múltiplo	7.0 Fr	40 cm	0,24 mm	810 mm
DJ-8016-X	8.0 Fr	16 cm	8.0 Fr	40 cm	0,24 mm	810 mm
DJ-8018-X	8.0 Fr	18 cm	8.0 Fr	40 cm	0,24 mm	810 mm
DJ-8020-X	8.0 Fr	20 cm	8.0 Fr	40 cm	0,24 mm	810 mm
DJ-8022-X	8.0 Fr	22 cm	8.0 Fr	40 cm	0,24 mm	810 mm
DJ-8024-X	8.0 Fr	24 cm	8.0 Fr	40 cm	0,24 mm	810 mm
DJ-8026-X	8.0 Fr	26 cm	8.0 Fr	40 cm	0,24 mm	810 mm
DJ-8028-X	8.0 Fr	28 cm	8.0 Fr	40 cm	0,24 mm	810 mm
DJ-8030-X	8.0 Fr	30 cm	8.0 Fr	40 cm	0,24 mm	810 mm
DJ-8032-X	8.0 Fr	32 cm	8.0 Fr	40 cm	0,24 mm	810 mm
DJ-8000-X	8.0 Fr	Múltiplo	8.0 Fr	40 cm	0,24 mm	810 mm
DJ-8516-X	8.5 Fr	16 cm	8.5 Fr	40 cm	0,24 mm	810 mm
DJ-8518-X	8.5 Fr	18 cm	8.5 Fr	40 cm	0,24 mm	810 mm
DJ-8520-X	8.5 Fr	20 cm	8.5 Fr	40 cm	0,24 mm	810 mm
DJ-8522-X	8.5 Fr	22 cm	8.5 Fr	40 cm	0,24 mm	810 mm
DJ-8524-X	8.5 Fr	24 cm	8.5 Fr	40 cm	0,24 mm	810 mm

DJ-8526-X	8.5 Fr	26 cm	8.5 Fr	40 cm	0,24 mm	810 mm
DJ-8528-X	8.5 Fr	28 cm	8.5 Fr	40 cm	0,24 mm	810 mm
DJ-8530-X	8.5 Fr	30 cm	8.5 Fr	40 cm	0,24 mm	810 mm
DJ-8532-X	8.5 Fr	32 cm	8.5 Fr	40 cm	0,24 mm	810 mm
DJ-8500-X	8.5 Fr	Múltiplo	8.5 Fr	40 cm	0,24 mm	810 mm
LDJ-3008-X	3.0 Fr	8 cm	3.0 Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-3010-X	3.0 Fr	10 cm	3.0 Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-3012-X	3.0 Fr	12 cm	3.0 Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-3014-X	3.0 Fr	14 cm	3.0 Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-3016-X	3.0 Fr	16 cm	3.0 Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-4008-X	4.0 Fr	8 cm	4.0 Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-4010-X	4.0 Fr	10 cm	4.0 Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-4012-X	4.0 Fr	12 cm	4.0 Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-4014-X	4.0 Fr	14 cm	4.0 Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-4016-X	4.0 Fr	16 cm	4.0 Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-4018-X	4.0 Fr	18 cm	4.0 Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-4020-X	4.0 Fr	20 cm	4.0 Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-4022-X	4.0 Fr	22 cm	4.0 Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-4024-X	4.0 Fr	24 cm	4.0 Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-4026-X	4.0 Fr	26 cm	4.0 Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-4028-X	4.0 Fr	28 cm	4.0 Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-4030-X	4.0 Fr	30 cm	4.0 Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-4032-X	4.0 Fr	32 cm	4.0 Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-4000-X	4.0 Fr	Múltiplo	4.0 Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-4708-X	4.7 Fr	8 cm	4.7 Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-4710-X	4.7 Fr	10 cm	4.7 Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-4712-X	4.7 Fr	12 cm	4.7 Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-4714-X	4.7 Fr	14 cm	4.7 Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-4716-X	4.7 Fr	16 cm	4.7 Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-4718-X	4.7 Fr	18 cm	4.7 Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-4720-X	4.7 Fr	20 cm	4.7 Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-4722-X	4.7 Fr	22 cm	4.7 Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-4724-X	4.7 Fr	24 cm	4.7 Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-4726-X	4.7 Fr	26 cm	4.7 Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm

LDJ-4728-X	4.7 Fr	28 cm	4.7 Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-4730-X	4.7 Fr	30 cm	4.7 Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-4732-X	4.7 Fr	32 cm	4.7 Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-4700-X	4.7 Fr	Múltiplo	4.7 Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-4808-X	4.8Fr	8 cm	4.8Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-4810-X	4.8Fr	10 cm	4.8Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-4812-X	4.8Fr	12 cm	4.8Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-4814-X	4.8Fr	14 cm	4.8Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-4816-X	4.8Fr	16 cm	4.8Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-4818-X	4.8Fr	18 cm	4.8Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-4820-X	4.8Fr	20 cm	4.8Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-4822-X	4.8Fr	22 cm	4.8Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-4824-X	4.8Fr	24 cm	4.8Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-4826-X	4.8Fr	26 cm	4.8Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-4828-X	4.8Fr	28 cm	4.8Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-4830-X	4.8Fr	30 cm	4.8Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-4832-X	4.8Fr	32 cm	4.8Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-4800-X	4.8Fr	Múltiplo	4.8Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-5008-X	5.0 Fr	8 cm	5.0 Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-5010-X	5.0 Fr	10 cm	5.0 Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-5012-X	5.0 Fr	12 cm	5.0 Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-5014-X	5.0 Fr	14 cm	5.0 Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-5016-X	5.0 Fr	16 cm	5.0 Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-5018-X	5.0 Fr	18 cm	5.0 Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-5020-X	5.0 Fr	20 cm	5.0 Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-5022-X	5.0 Fr	22 cm	5.0 Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-5024-X	5.0 Fr	24 cm	5.0 Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-5026-X	5.0 Fr	26 cm	5.0 Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-5028-X	5.0 Fr	28 cm	5.0 Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-5030-X	5.0 Fr	30 cm	5.0 Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-5032-X	5.0 Fr	32 cm	5.0 Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-5000-X	5.0 Fr	Múltiplo	5.0 Fr	60 cm	0,19 mm	810 mm
LDJ-6016-X	6.0 Fr	16 cm	6.0 Fr	60 cm	0,24 mm	810 mm
LDJ-6018-X	6.0 Fr	18 cm	6.0 Fr	60 cm	0,24 mm	810 mm

LDJ-6020-X	6.0 Fr	20 cm	6.0 Fr	60 cm	0,24 mm	810 mm
LDJ-6022-X	6.0 Fr	22 cm	6.0 Fr	60 cm	0,24 mm	810 mm
LDJ-6024-X	6.0 Fr	24 cm	6.0 Fr	60 cm	0,24 mm	810 mm
LDJ-6026-X	6.0 Fr	26 cm	6.0 Fr	60 cm	0,24 mm	810 mm
LDJ-6028-X	6.0 Fr	28 cm	6.0 Fr	60 cm	0,24 mm	810 mm
LDJ-6030-X	6.0 Fr	30 cm	6.0 Fr	60 cm	0,24 mm	810 mm
LDJ-6032-X	6.0 Fr	32 cm	6.0 Fr	60 cm	0,24 mm	810 mm
LDJ-6000-X	6.0 Fr	Múltiplo	6.0 Fr	60 cm	0,24 mm	810 mm
LDJ-7016-X	7.0 Fr	16 cm	7.0 Fr	60 cm	0,24 mm	810 mm
LDJ-7018-X	7.0 Fr	18 cm	7.0 Fr	60 cm	0,24 mm	810 mm
LDJ-7020-X	7.0 Fr	20 cm	7.0 Fr	60 cm	0,24 mm	810 mm
LDJ-7022-X	7.0 Fr	22 cm	7.0 Fr	60 cm	0,24 mm	810 mm
LDJ-7024-X	7.0 Fr	24 cm	7.0 Fr	60 cm	0,24 mm	810 mm
LDJ-7026-X	7.0 Fr	26 cm	7.0 Fr	60 cm	0,24 mm	810 mm
LDJ-7028-X	7.0 Fr	28 cm	7.0 Fr	60 cm	0,24 mm	810 mm
LDJ-7030-X	7.0 Fr	30 cm	7.0 Fr	60 cm	0,24 mm	810 mm
LDJ-7032-X	7.0 Fr	32 cm	7.0 Fr	60 cm	0,24 mm	810 mm
LDJ-7000-X	7.0 Fr	Múltiplo	7.0 Fr	60 cm	0,24 mm	810 mm
LDJ-8016-X	8.0 Fr	16 cm	8.0 Fr	60 cm	0,24 mm	810 mm
LDJ-8018-X	8.0 Fr	18 cm	8.0 Fr	60 cm	0,24 mm	810 mm
LDJ-8020-X	8.0 Fr	20 cm	8.0 Fr	60 cm	0,24 mm	810 mm
LDJ-8022-X	8.0 Fr	22 cm	8.0 Fr	60 cm	0,24 mm	810 mm
LDJ-8024-X	8.0 Fr	24 cm	8.0 Fr	60 cm	0,24 mm	810 mm
LDJ-8026-X	8.0 Fr	26 cm	8.0 Fr	60 cm	0,24 mm	810 mm
LDJ-8028-X	8.0 Fr	28 cm	8.0 Fr	60 cm	0,24 mm	810 mm
LDJ-8030-X	8.0 Fr	30 cm	8.0 Fr	60 cm	0,24 mm	810 mm
LDJ-8032-X	8.0 Fr	32 cm	8.0 Fr	60 cm	0,24 mm	810 mm
LDJ-8000-X	8.0 Fr	Múltiplo	8.0 Fr	60 cm	0,24 mm	810 mm
LDJ-8516-X	8.5 Fr	16 cm	8.5 Fr	60 cm	0,24 mm	810 mm
LDJ-8518-X	8.5 Fr	18 cm	8.5 Fr	60 cm	0,24 mm	810 mm
LDJ-8520-X	8.5 Fr	20 cm	8.5 Fr	60 cm	0,24 mm	810 mm
LDJ-8522-X	8.5 Fr	22 cm	8.5 Fr	60 cm	0,24 mm	810 mm
LDJ-8524-X	8.5 Fr	24 cm	8.5 Fr	60 cm	0,24 mm	810 mm
LDJ-8526-X	8.5 Fr	26 cm	8.5 Fr	60 cm	0,24 mm	810 mm

LDJ-8528-X	8.5 Fr	28 cm	8.5 Fr	60 cm	0,24 mm	810 mm
LDJ-8530-X	8.5 Fr	30 cm	8.5 Fr	60 cm	0,24 mm	810 mm
LDJ-8532-X	8.5 Fr	32 cm	8.5 Fr	60 cm	0,24 mm	810 mm
LDJ-8500-X	8.5 Fr	Múltiplo	8.5 Fr	60 cm	0,24 mm	810 mm

MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO

Óxido de Etileno

- PRODUTO COM REPROCESSAMENTO PROIBIDO**

Conforme RE nº 2.605/2006, item 16

PRAZO DE VALIDADE

36 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem não seja aberta, molhada e/ou danificada.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenamento: Manter em local protegido de chuva e sol direto, e em sua embalagem original.

- Faixa de temperatura ambiente de armazenamento: 0°C a 40°C;
- Faixa de umidade relativa de armazenamento: 30% a 95% (não condensada).

CONDIÇÕES DE TRANSPORTE

Transporte: Não deixar cair no chão ou movê-lo em superfícies esburacadas. Ao transportar proteja a embalagem da chuva direta. Respeitar o empilhamento máximo informado na parte externa da embalagem.

- Faixa de temperatura ambiente de transporte: 0°C a 40°C;
- Faixa de umidade relativa de transporte: 30% a 95% (não condensada).

Caso ocorra algum dano à embalagem ou ao produto durante o transporte o fabricante deve ser notificado e o produto deve ser devolvido.

CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO



PRODUTO COM REPROCESSAMENTO PROIBIDO.

Faixa de temperatura ambiente de transporte: 0°C a 40°C;

Faixa de umidade relativa de transporte: 30% a 95% (não condensante).

Este produto só deve ser utilizado por médicos treinados e com experiência em técnicas endoscópicas urológicas.

Produto Estéril. Esterilizado a Óxido de Etileno.

O responsável pela utilização do instrumento deve ser um médico-urologista que tenha recebido treinamento suficiente em técnicas endoscópicas clínicas.

Ao utilizar o instrumento, sempre use equipamento de proteção pessoal apropriado. Caso contrário, sangue, muco e outros fluídos e/ou substâncias potencialmente infecciosas provenientes do paciente podem representar um risco de controle de infecção. Os equipamentos de proteção pessoal apropriados incluem: Proteção ocular, máscara facial, roupas resistentes à umidade e luvas resistentes a produtos químicos, as quais devem se adaptar apropriadamente e ser longas o suficiente para que a pele não fique exposta.

Manuseie e elimine-o de acordo com a prática médica aprovada e as leis regulamentadas locais.

Somente para uso urológico.

ADVERTÊNCIAS

Esses produtos não são destinados ao uso interno permanente

O período máximo de uso interno é de 28 dias.

O cateter deve ser removido caso haja formação de crosta e biofilme que possa bloquear a passagem da urina.

O cateter pode ser substituído por um novo se a condição do paciente permitir.

Não force os componentes durante a remoção ou substituição do cateter.

Não esticar o cateter antes do seu posicionamento, o esticamento excessivo pode contribuir para a quebra do produto.

O paciente deve ser monitorado com relação a possível formação de crosta no cateter devido ao fornecimento de suplemento de cálcio durante a gravidez.

Avaliar constantemente as condições do paciente.

Restabelecida a morfologia e funcionalidade do ureter, proceder a retirada por via endoscópica de acordo com os critérios profissionais.

Verifique se todos os itens presentes na embalagem correspondem aos componentes descritos neste documento.

Inspecione cada item quanto à presença de danos.

Se o instrumento estiver danificado, um componente estiver faltando ou se houver alguma dúvida, não utilize o instrumento e contate imediatamente o Fabricante.

Nunca use produtos fora de suas especificações técnicas!

Sob nenhuma circunstância faça qualquer modificação no material ou seus componentes descritos neste manual.

PRECAUÇÕES

É necessário obter informações detalhadas sobre os princípios técnicos, aplicações clínicas e os riscos associados ao uso destes cateteres, antes de utilizá-lo.

Avalie primeiramente a compatibilidade dos diâmetros utilizados do Fio Guia, Cateter e empurrador, a fim de saber se é compatível com os demais dispositivos que serão utilizados em conjunto.

Prepare todos os materiais e equipamentos de proteção pessoal que serão utilizados com o instrumento de acordo com os seus respectivos manuais de instrução.

Os equipamentos de proteção pessoal apropriados podem incluir:

Proteção ocular, máscara facial, roupas resistentes à umidade e luvas resistentes a produtos químicos;

Sempre tenha um dispositivo sobressalente disponível.

Esses produtos não são destinados ao uso interno permanente.

O período máximo de uso interno é de 28 dias.

CONTRAINDICAÇÕES

É contraindicado o uso nos casos de congestão urinária infectada não tratada dos rins (pionefrose).

Anormalidades vasculares na pélvis renal e trauma uretral agudo.


Hipersensibilidade do paciente ao poliuretano.

O tempo máximo de permanência do cateter no paciente é de até 28 dias. Esse produto não é destinado ao uso interno permanente.

EFEITOS ADVERSOS

Danos ou irregularidades podem comprometer a segurança do paciente ou usuário, como, por exemplo, risco de controle de infecções, irritação de tecidos, perfurações, hemorragias, lesões em membranas mucosas, podendo resultar em danos mais severos.

IMAGENS GRÁFICAS DO PRODUTO



NOTAS ADICIONAIS

ATENÇÃO!

De acordo com o Cateter Ureteral Duplo J a ser utilizado a Biosat recomenda o fio guia conforme a tabela a seguir:

DUPLO J	FIO GUIA
3,0Fr a 4,0Fr	0,018" a 0,028"
4,7Fr a 5,0Fr	0,032"
6,0Fr	0,035"
7,0Fr a 8,0Fr	0,038"

De acordo com normas vigentes o dispositivo médico enquadra-se como classe II.

BIOSAT PRODUTOS MÉDICOS LTDA.

CNPJ: 11.690.313/0001-35

Rua Santa Bárbara, nº 48. Lote 1. Quadra AL. Pavimento Superior (Pq Ind San José II). Bairro: San José II. CEP:
06742-128 - Vargem Grande Paulista, SP.

Fone: 55(11) 4159-2833 – 55(11) 2369-0069 – SAC: sac@biosat.com.br - www.biosat.com.br

Responsável Técnico: Eng. Milton Wilsenski de Souza – CRQ 4ª – 04363806.

Revisão: 00 – Ano revisão: 2025.